3M Science. Applied to Life.™

3M™ N95 微粒子用マスク（医療用）1860/1860S

3M™ Health Care Particulate Respirator and Surgical Mask

装着が簡単なカップ型N95マスクです。
適切なサイズをお選びいただけるよう、
レギュラーとスモールの2サイズを用意しております。

カップ型のため顔への密着性が高く、着用が簡単

3M独自のフィルター素材

医療向けのN95マスクとしての性能

- 0.3マイクロメートルのNaCl粒子を95% 以上捕集※1します。
- 人工血液バリア性があり、血液・体液の曝露予防にも有用です。

空気中の粒子状物質は、固体粒子あるいは液体粒子（ミスト）で存在します。一般的に0.3マイクロメートルの粒径の粒子が最もフィルターの透過性が高く、これより小さかったり、大きかったりする粒子は比較的よく捕集されます。3Mでは繊維の目を細かく緻密にしたメカニカルフィルターに静電気を帯電させて、高い粒子捕集効率をもたせたBMF（Blown Micro Fiber）を開発しました。ファイバーの太さは約1～10マイクロメートルです。高温多湿の環境においても長時間にわたりその電気的性能は低下しないことを確認しています。







3M™ N95微粒子用マスク（医療用）

製品番号	仕様		フィルター性能	入り数	
	形状	色	NaCl捕集効率※3	枚／箱	箱／ケース
1860	カップ型　レギュラーサイズ	ブルー	＞95%	20	6
1860S	カップ型　スモールサイズ				

ISO10993に基づく『ヒトくり返しパッチテスト』を実施し、安全性を確認しています。（すべての人にアレルギー反応を起こさないということではありません。）

警告

このマスクはある種の微粒子状物質に対しては有効ですが、曝露あるいは疾患または感染の危険性を皆無にするものではありません。誤った使用をされますと健康に障害を及ぼしたり、死に至ることがあります。血液または体液で汚染された場合は、ただちに交換してください。

注意事項

1. 正しいフィットが得られない場合は、隔離区域へは入らないでください。
2. このマスクは酸素を供給するタイプのものではありません。酸素濃度19.5%未満の場所では使用できません。
3. 一般産業用には使用しないでください。
4. マスクが顔に直接接しないような顎ひげ等がある場合には使用しないでください。
5. 着用に際しては、パッケージに示されている着用手順をご参照の上、隙間を作らないよう正しく着用してください。3M™ N95微粒子用マスクの着用については、3M™ フィットテストキット FT-10で、フィット性をご確認ください。
6. マスクが破損したり、呼吸が苦しくなったときは、すぐにその場から退去してください。
7. マスクが汚れたりゴムバンドが破損した場合には、新品のマスクに交換してください。

着用方法とシールチェック



1 マスクをパッケージから取り出し、上下を確認する。図のようにノーズクリップを指のほうにして、ゴムバンドが下にたれるように、カップ状に持ちます。



2 ノーズクリップを上にしてマスクが顎を包むようにかぶせます。



3 マスクをしっかり押さえながら上側のゴムバンドを頭頂部につけます。



4 次に、下ゴムバンドを頭頂部を経て、首の後ろにまわし、マスクの位置を調整します。



5 両手の指でノーズクリップが鼻に密着するように軽く押し、鼻の形に合わせます。



6 **[シールチェック]**
両手でマスクを覆い、空気の漏れをチェックして密着の良い位置にマスクを合わせます。

取り外し方法（一例）



1 マスク表面には触らないようにして、マスクの首の後ろのゴムバンドを外します。



2 次に頭頂部のゴムバンドを外します。



3 マスクを顔から外し、各施設の規定に従い廃棄または保管してください。

N95微粒子用マスクの着用については 3M™ フィットテストキット FT-10で、フィット性をご確認ください。

OSHA※4の規格に準じ、着用者はマスクの
フィットテストを行うようおすすめします。
保護具の選択時や着用訓練時には、簡易にフィット性を確認できる
3M™ フィットテストキット FT-10 をご利用ください。



※1：NIOSH※2は、N95 呼吸器保護具の捕集性能を、“固形塩化ナトリウム（NaCl）の捕集効率試験をした時に、95%以上の捕集効率であること”と規定しています。
※2：National Institute of Occupational Safety and Health（米国労働安全衛生研究所）
※3：捕集効率はNIOSH※2の規格に準じています。
※4：Occupational Safety & Health Administration（米国労働安全衛生局）

3M™ フィットテストキット

製品番号	仕 様	入り数 キット／箱
FT-10	N95微粒子用マスク フィットテストキット	1

製品番号	仕 様	入り数
FT-11	感度テスト溶液（甘味）	6本／箱
FT-12	フィットテスト溶液（甘味）	6本／箱
FT-13	ネブライザー	3パック／箱
FT-14	フード	5パック／箱
FT-15	カラー	1個／箱
FT-31	感度テスト溶液（苦味）	6本／箱
FT-32	フィットテスト溶液（苦味）	6本／箱

3Mは、3M社の商標です。

製品の詳しい情報は・・・
Web 3M 医療用マスク

スリーエム ジャパン株式会社
http://go.3M.com/psdhc

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2026. All Rights Reserved.
OHS-623-E

カスタマーコンタクトセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-321
9:00～12:00/13:00～17:00 月～金（土日祝年末年始は除く）