

平成16年12月13日

日本臨床高気圧酸素・潜水医学会と日本国際高気圧協会との話し合いについて

日 時 : 平成16年12月11日 13:00 - 13:50

場 所 : 昭和大学病院 中央棟 7階会議室

出席者 : 日本臨床高気圧酸素・潜水医学会

代表理事 八木博司、理事 毛利元彦、監事 野口照義

日本国際高気圧協会 医学博士

専務理事 若汐 豊、理事 馬場四郎、顧問 西井易穂

主題 : ベッカム・カプセル、オアシスO2 (オー・ツー) について

1) 問い

ベッカム・カプセル、オアシスO2は、酸素加圧か空気加圧について

答え

空気加圧です。出席された専務理事 若汐 豊など3者より明言された。

この件について、Oxy-Health Corporation よりの「Warranty と FDA Warning」で無償保障についてとベッカム・カプセル、オアシスO2を膨らます際、圧縮酸素ではなく通常の空気を使用して下さい、との文書を受け取った。

2) このベッカム・カプセルの購入者には2日間（最低8時間）の研修を義務づけているとの事

3) 安全基準を整備中との事でした。

（文責 編集委員長 毛利元彦）